DEUTSCH Gebrauchsanweisung

WARNUNG:
1. Dieses Gerät darf nur von geschultem Personal und gemäß Gebrauchsanweisung eingesetzt werden.
2. Einwegverwendung für einen Patienten.
3. Überprüfen Sie alle Teile vor Gebrauch, um sicherzustellen, dass sie sauber und frei von Verstopfungen und Fremdkörpern sind.
4. Nur für kurzzeitigen Gebrauch. Nach 24 Stunden entfernen.
5. Der Patient sollte während des Einsatzes dieses Produkts ständig überwacht werden.

ACHTUNG:
1. Lagertemperatur: -34°C bis +52°C.
2. Anwendungstemperatur: -18°C bis +43°C.

Allgemeine Gewährleistung:
Siehe www.laerdal.com

Der Thomas Tube Holder sichert einlumige und doppellumige Tuben bei der Atemwegssicherung und verringert so das Risiko eines versehentlichen Entfernens des Tubus.



1. Führen Sie das Spezialband in Fußrichtung in die V-förmige Aussparung.
2. Schieben Sie den Beißblock in den Mund des Patienten, damit die Lippen zwischen Zähnen und Beißblock nicht behindern.
3. Führen Sie den Slide Stick um den Nacken des Patienten und anschließend durch die gegenüber liegende Lasche des Halters.

Bitte beachten: *Spannen Sie den Schlauch nur so weit ein, dass er fixiert ist. Befestigen Sie ihn sicher aber vorsichtig. Zu viel Druck kann dazu führen, dass der Schlauch ganz oder teilweise verschlossen wird, wodurch der Luftfluss behindert wird.*

4. Entfernen Sie den Slide Stick und befestigen Sie den Klettverschluss
5. Schrauben Sie die Schnellspannschraube am Schlauch vorsichtig fest.

Bitte beachten: *Wenn nötig, befestigen Sie dei verstellbare Hakenschlaufe am Klettband, um den Tube Holder einer kleineren Hals- oder Kopfgröße anzupassen*

Es ist wichtig, dass der Tubus richtig platziert und positioniert ist und dass der Klettverschluss vor dem Festziehen der Schraube richtig angebracht ist.

The product is in compliance with the essential requirements of Council Directive 93/42/EEC as amended by Council Directive 2007/47/EC.

DA Produktet er i overensstemmelse med de væsentlige krav i Council Directive 93/42/EEC, som er en forbedring af Council Directive 2007/47/EC

DE Dieses Produkt entspricht den zentralen Anforderungen der Ratsrichtlinie 93/42/EW, wie vom Richtlinienrat berichtigt 2007/47/EC.

ES Este producto cumple los requerimientos esenciales de la directiva 93/42/CEE, modificada por la directiva 2007/47/CEE.

FR Le produit est conforme aux exigences essentielles de la Directive du Conseil 93/42/CEE modifiée par la Directive du Conseil 2007/47/CE

IT Il prodotto è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 93/42/CEE come modificato dalla Direttiva 2007/47/CE.

NL Dit product voldoet aan de essentiële voorwaarden van de Council Directive 93/42/EEC zoals aangepast door Council Directive 2007/47/EC

NO Produktet er i overensstemmelse med de grunnleggende kravene i Forskrift om medisinsk utstyr - FOR-2005-12-15-1690

PT O produto esta de acordo com os recomendações essenciais da Diretriz do Conselho 93/42/ECC como mencionado pela Diretriz do Conselho 2007/47/EC.

SV Produkten uppfyller de nödvändiga kraven i rådets direktiv 93/42/EEG som modifierats i rådets direktiv 2007/47/EC.

FI tuote täyttää pakolliset vaatimukset koskien direktiiviä Council Directive 93/42/ Council Directive 2007/47/EC, lisäyksen mukaisesti.

ZH 该产品符合理事会指令 93/42/EEC的基本要求，由理事会指令 2007/47/EC 修改。

PL Produkt odpowiada zasadniczym wymaganiom dyrektywy Rady nr 93/42/EWG zmienionej dyrektywą Rady 2007/47/WE

Single Use Warning: Designed for single use only. Do not re-use. Re-use will lead to increased risk of cross contamination, degradation of performance and/or device malfunction. Laerdal is not responsible for any consequences of re-use.

DA Kun til engangsbrug: Kun bestemt til engangsbrug. Må ikke genanvendes. Genanvendelse kan medføre en øget risiko for krydskontaminering, forringet funktion og/eller fejlagtig funktion. Laerdal er ikke ansvarlig for konsekvenserne ved genanvendelse.

DE Warnung – zum Einmalgebrauch: Dieses Produkt ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt. Es darf nicht wiederverwendet werden. Eine Wiederverwendung führt zu einem erhöhten Kreuzkontaminationrisiko einer Verschlechterung der Leistungsfähigkeit und/oder zu einer Gerätestörung. Laerdal übernimmt für die Folgen einer Wiederverwendung keine Verantwortung.

ES Advertencia de un sólo uso. Diseñado para un solo uso exclusivamente. No reutilizar. La reutilización provocará que aumente el riesgo de contaminación cruzada, degradación de su funcionamiento y/o fallos de funcionamiento del dispositivo.
Laerdal declina toda responsabilidad por cualquier consecuencia derivada de su reutilización.

FR Attention, produit à usage unique : Produit conçu pour un usage unique. Ne pas réutiliser. Toute réutilisation entraînera des risques accrus de contamination croisée, de dégradation des performances et/ou de dysfonctionnement du dispositif. Laerdal ne saurait être tenu responsable de toute conséquence liée à une réutilisation.